

Konzentration der Standards [µg/l]	Abs. Wert 1. Säule [µg Cl]	Abs. Wert 2. Säule [µg Cl]	Blindwert [µg Cl]	Wiederfindung [µg/l]	Mittelwert [µg/l]
10	1,08	0,06	0,265	8,75	9,65
10	1,08	0,24	0,265	10,55	
50	4,86	0,09	0,265	46,85	47,7
50	5,01	0,11	0,265	48,55	
100	9,63	0,17	0,265	95,35	96,0
100	9,79	0,14	0,265	96,65	
200	19,38	0,27	0,265	193,85	194,1
200	19,35	0,35	0,265	194,35	
250	24,02	0,33	0,265	240,85	242,65
250	24,43	0,28	0,265	244,45	